



## **WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE PIELĘGNACJI RANY PO IMPLANTACJI SERCA LUB KARDIOWERTERA**

### Potrzebne materiały:

- jałowe opatrunki ok. 8x10 cm.-ok.10 szt.
  - jałowe gaziki-ok.10 szt.
  - preparat do odkażania rany
1. Zmiana opatrunku 1xdziennie.
  2. Przed przystąpieniem do zmiany opatrunku dokładnie umyć ręce mydłem i ciepłą wodą.
  3. Zdjąć opatrunek, spryskać ranę preparatem do odkażania rany i odczekać ok. 5 minut, aż skóra wokół rany wyschnie (nadmiar można osuszyć jałowym gazikiem), a następnie przykleić nowy opatrunek.
  4. Zmiany opatrunku prowadzić do czasu zagojenia się rany (około 5 dni). Po tym okresie ranę można myć mydłem lub innym środkiem myjącym.
  5. W przypadku gdy rana zszyta jest szwami nierozpuszczalnymi (widocznymi) w 7 dobie po zabiegu zgłosić się na oddział w celu ich usunięcia (około godziny 11-ej).
  6. W wyznaczonym terminie zgłosić się na kontrolę urządzenia.
  7. W przypadku problemów z raną proszę zgłosić się na oddział.